

关于“淮北市职业病防治院在 2023 年职业卫生技术服务机构自查中存在问题整改情况说明”

2023 年淮北市职业病防治院（以下简称“我院”）根据《职业卫生技术服务机构管理办法》（国家卫生健康委令第 4 号）、《关于加强职业卫生技术服务机构管理工作的通知》（皖卫职健秘〔2021〕80 号）、《关于进一步规范职业卫生技术服务机构资质管理工作的通知》（皖卫传〔2022〕350 号）和《关于开展职业卫生技术服务机构全面评估检查的通知》（皖卫传〔2023〕124 号）等要求，从接到通知之日起，成立自查小组，对我院的资质条件保持情况、技术服务的规范性和真实性三大方面进行自查自纠。检查中发现问题如下：

1. 现场调查不详细，工作日写实不详细、记录不规范；
2. 检验报告原始记录有一杠改处，检验人员未签名。

整改措施：

一、针对“现场调查不详细，工作日写实不详细、记录不规范”整改措施。

（一）组织检测评价人员学习了《职业卫生技术服务机构检测工作规范》和质控文件相关内容，培训大纲如下：

1. 全面调查各岗位（工种）作业人员的工作状况，包括作业人数、工作地点及停留时间、工作内容和工作方式；接触职业病危害的程度、频度及持续时间；

2. 全面调查生产过程中使用的原辅材料，生产的产品、副产品和中间产物等的种类、数量、纯度、杂质及其理化性质；

3. 核实工作场所卫生状况和环境条件、职业病防护设施及运行情况、个人防护用品及使用情况；

4. 对相关现场采样检测人员关于采样记录表全面、客观、科学、真实要求的相关内容进行宣贯，并要求在今后工作中严格按照相关规范填写原始记录。

（二）加强职业卫生质量控制管理，主要从以下几个方面：

1. 要求检测评价人员在整个检测评价过程要进行质量控制，保证各环节工作能够严格按照规定流程、标准进行；

2. 进一步强化复核人职责，现场复核人员应严格按照要求对现场调查的真实性和现场检测的规范性进行认真核查，确证无误后，签字确认；

3. 报告内审员应结合现场对报告进行内审，确保报告与现场的一致性。

二、针对“检验报告原始记录有一杠改处，检验人员未签名”整改措施

组织检测评价人员学习了《质量手册-记录管理》、《记录管理程序-记录的填写》体系文件相关内容，培训大纲如下：

1. 要求记录的填写要真是、完整、及时、清晰、明了；
2. 要求记录有差错需要修改时，应在原纪录上划两条水平线，再将正确记录写在其上方，并加修改者签字；
3. 检测原始记录单填写的具体要求；



附件一：针对“现场调查不详细，工作日写实不详细、记录不规范”人员培训照片



附件二：针对检验报告原始记录有一杠改处，检验人员未签名”人员培训照片

